# 瑞士 Metrolab 三轴霍尔磁力计 THM1176
# 软件和驱动程序安装

**1. 要安装在 Windows 计算机上：**

插入安装光盘，安装

- LabVIEW 运行时引擎：LVRTE2010sp1std.exe
- NI-VISA 5.1.1 运行引擎：visa511runtime.exe
- THM1176 软件使用 setup.exe


Metrolab\1176 路径找到 THM1176，发送到桌面快捷方式

重启计算机，即可完成安装

注：要在 Windows 8 或 Windows 10 上安装 THM1176 软件，必须启用安装 Microsoft .NET Framework 3.5 版的选项。

要安装.NET Framework 3 和 3.5：

- 从设置 ->控制面板 ->程序和功能 ->打开或关闭 Windows 功能，选中“.NET Framework 3.5（包括.NET 2.0 和 3.0）”框（参见图片）。 单击“确定”，Windows 将下载并安装.NET 2 和 3。




**2. 要安装在 MAC 上：**

插入安装光盘，安装

- LabVIEW 运行时引擎：LabVIEW 2010 Runtime Engine.mpkg.
- NI-VISA 5.1.1 运行引擎：nivisaruntimei.mpkg.
- 解压缩 THM1176.zip 并将应用程序复制到应用程序文件夹

重启计算机，即可完成安装

**使用注意事项**

- 请勿用力弯曲探头电缆
- 在拔下 THM1176 / TFM1186 之前，您必须先停止测量软件。
- 在将 PDA 置于睡眠模式之前，您还必须停止测量软件。可以通过按下电源按钮手动将 PDA 置于睡眠模式。